

FICHA TÉCNICA		
Clasificación del bien o servicio	41104400	
Nombre Comercial del Bien o Servicio	BALANZA DIGITAL	
Calidad	Calibración en sitio bajo la Guía SIM versión vigente por laboratorio acreditado Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en la norma NTC/ISO-IEC 17025:2005 en la variable masa y balanza para la división de escala y rango solicitado.	
Generalidades	Balanza digital para labores de pesaje de muestras desde 1mg	
Requisitos generales	Balanza digital con pantalla táctil para labores de pesaje de muestras desde 1mg	
Requisitos específicos	División de escala	0,1 mg
	Valor mínimo a pesar	1 mg
	Rango	Mínimo hasta 200 g
	LINEALIDAD	
	100 mg	± 1 mg
	1 mg	± 0,2 mg
	2 mg	± 0,2mg
	3 mg	± 0,3mg
	Tiempo de espera	2 segundos
	Desviación estándar (Repetibilidad) en todos los casos: 0,1 mg o menos	
	Deriva en la sensibilidad con cambio de temperatura: 2 ppm/°C o menos	
	PROGRAMAS DE APLICACIÓN	
	Pesa externa de ajuste en estuche y con pinzas de 1 mg clase E2	
	* Menú de ajuste con pesa interna/externa	
	* Programa de apoyo para nivelación de la balanza	
	* Protección IP65 (POLVO Y AGUA)	
	Cabina cortavientos	
	Mesa anti vibratoria para asegurar pesaje seguro y estable	
	CONDICIONES ASOCIADAS AL SERVICIO POST - VENTA	
	Experiencia requerida representando/distribuyendo la marca	
	Experiencia requerida en el área de masa y pesaje	
	Servicio Técnico de soporte ofrecido	
	* Debe ofrecerse por el tiempo de garantía	
	Tiempo de disposición de repuestos Mínimo 10 años	
	Garantía de dos años con un mantenimiento preventivo por año de garantía con calibración por ente acreditado ante ONAC en la variable masa en el rango de la balanza.	
	El soporte técnico mantenimiento y calibración lo debe garantizar la misma empresa con personas expertas	
	Tamaño plato Ø 90 mm	
Empaque y rotulado	Producto empacado en caja de cartón rígido, equipo con cubierta de protección en material de embalaje en icopor. Debidamente rotulado.	
Presentación y Unidad de Medida	Balanza en empaque original. Peso máximo 7 kg.	